

Tabulka mezí stanovitelnosti nové metody splňující kritérium jedné třetiny norem environmentální kvality uvedených ve směrnici 2009/90/EC, tj. splňující požadavky na mez stanovitelnosti uvedené ve Výzvě Ålesund

Látka	NEK (ng/l)	Požadovaná LOQ (1/3 NEK) (ng/l)	Naměřená mez stanov. (ng/l)
Ibuprofen	138	46	5
Diclofenak	40	13,3	5
Karbamazepin	6	2	2
Azithromycin	19	6,3	5
Erythromycin	500	166,7	2
Clarithromycin	130	43,3	2
Bisfenol A	17,4	5,8	5
Triclosan	20	6,7	5